

Hergestellt in Irland
Avery Dennison Medical Ltd., 2797
IDA-Gewerbepark,
Ballinalee-Straße,
Longford, N39 DX73,
Irland

Version 2021-06

ARCHIVE

GEBRAUCHSANWEISUNG

ahc - Superabsorber

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Der ahc - Superabsorber Verband ist ein steriler, superabsorbierender Wundverband zur Anwendung bei stark und übermäßig exsudierenden Wunden. Der Verband besteht aus einem superabsorbierenden Kern, einer durchsichtigen perforierten Polyethylen-Wundkontaktschicht und einem hydrophoben Träger.

Der ahc - Superabsorber absorbiert das Wundexsudat und reduziert dadurch das Risiko von Mazerationen und Beeinträchtigungen der Wundumgebung. Er trägt zur Aufrechterhaltung eines feuchten Wundmilieus bei. Das Exsudat wird absorbiert, im Verband eingeschlossen und zurückgehalten. Aufgrund seiner hohen Absorptionsfähigkeit trägt der ahc - Superabsorber zur Verlängerung der Verbandwechselintervalle bei.

Die perforierte Wundkontaktschicht haftet nicht an der Wunde und die Vlies-Rückenschicht bildet eine Schutzbarriere, die ein Austreten von Exsudat verhindert (z.B. Wäscheschutz). Der Verband ist auch unter Druck wirksam.

2. INDIKATION

Bei dem ahc - Superabsorber handelt es sich um eine nicht-invasive Wundaufgabe, welche in der Langzeittherapie bei Patienten mit geschädigter Dermis und/oder sekundärer Wundheilung eingesetzt werden kann. Die Wunden sind stark exsudierend.

2.1 ZIELGRUPPE

Angesprochen werden Patienten mit einer geschädigten Dermis, die sekundär heilen muss. Der ahc-Superabsorber ist zur Anwendung bei einer Vielzahl von stark exsudierenden Wunden vorgesehen,

einschließlich venösen und arteriellen Geschwüren, diabetischer Fußgeschwüre, Druckgeschwüre und ähnliche Arten von Wunden.

2.2 ANWENDERZIELGRUPPE

Bestimmt für die Anwendung ist medizinisches Fachpersonal im klinischen, niedergelassenen und häuslichen Bereich.

3. INDIKATIONEN

Der ahc - Superabsorber ist für chronische oder sekundär heilende Wunden mit hoher bis übermäßiger Exsudation vorgesehen, wie z.B.: venöse und arterielle Beingeschwüre, diabetische Fußgeschwüre, Druckgeschwüre und ähnliche Arten von Wunden.

4. KONTRAINDIKATIONEN / SICHERHEITSHINWEISE

Der ahc - Superabsorber sollte nicht bei trockenen oder schwach exsudierenden Wunden, Augen, Schleimhäuten oder in Wundhöhlen verwendet werden (der Verband quillt nach Flüssigkeitsaufnahme stark auf). Verwenden Sie den Verband nicht bei Patienten mit bekannter Empfindlichkeit gegenüber den Verbandkomponenten.

Die perforierte Polyethylen-Wundkontaktschichtseite des Verbands liegt an der Wunde an. Stellen Sie vor dem Anlegen des Verbands sicher, dass die Wunde ausreichend exsudiert. Im Zweifelsfall empfehlen wir die Kombination mit einer Silikon-Wundkontaktschicht.

	PREPRESS NOTES		Comments: Artwork ref: LFD-PKG-000315-A
<input type="checkbox"/> OK to Proceed <input type="checkbox"/> Make Corrections and Proceed <input type="checkbox"/> Make Corrections and Submit Another Proof Signed: _____ Date: _____	Job Name: 138086 PDF Page: 1 of 2 Trim Size(mm): 297 x 210 mm fold to 148.5 x 105 mm Inks: Black	Operator: Mark Hardy Resolution Proof: 300dpi Date: 07-02-2023 Time: 15:00	

5. WARNHINWEISE

-  Nicht verwenden, wenn der Beutel geöffnet oder beschädigt ist. Eine beschädigte oder geöffnete Packung ist als unsteril anzusehen.
-  Schneiden Sie den Verband nicht ab oder zu. Er muss intakt und ungeschnitten bleiben.
-  Der ahc-Superabsorber ist ein Sterilprodukt zum einmaligen Gebrauch. Die Wiederverwendung von Einmalprodukten birgt ein potenzielles Risiko für den Patienten oder Benutzer. Dies kann zu einer Kontamination und / oder Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit führen. Kontamination und / oder eingeschränkte Funktionalität des Verbandes können zu Verletzungen, Krankheiten oder zum Tod des Patienten führen.

6. GEBRAUCHSINFORMATION

- a) Überprüfen Sie die Verpackung vor dem Öffnen gründlich auf Unversehrtheit.
- b) Der ahc - Superabsorber kann als primärer oder sekundärer Verband verwendet werden.
- c) Entnehmen Sie den sterilen Verband gemäß den Medizinprodukte-Richtlinien aus der Verpackung.
- d) Vor der Anwendung und beim Verbandswechsel empfehlen sich eine Wundreinigung gemäß dem medizinischen Standard und /oder ein Wunddebridement um Exsudat, fibrinoide Ablagerungen und sonstige Verunreinigungen zu entfernen.

Wählen Sie einen geeigneten Verband für die Wundgröße, der Verband sollte die Wunde um 2-3cm überlappen. Legen Sie die perforierte Polyethylenseite des Verbandes nach unten, in Richtung auf die Wunde.
- e) Wenden Sie bei Bedarf immer eine geeignete Verbandfixierung an.
- f) Der ahc - Superabsorber sollte von der Wundsituation abhängig so oft wie nötig gewechselt werden –

mindestens aber alle 7 Tage. Wechseln Sie den Verband häufiger, wenn die Wunde stark exsudiert und die Integrität des Verbandes beeinträchtigt ist.

7. KLINISCHER VORTEIL/BESONDERE BEDINGUNGEN

Der ahc - Superabsorber absorbiert das überschüssige Exsudat, wodurch das Risiko einer Mazeration und einer Schädigung der Wundumgebung verringert wird, und gleichzeitig ein feuchtes Wundmilieu aufrechterhalten wird. Flüssigkeiten werden absorbiert und im Verband zurückgehalten. Aufgrund seiner hohen Saugfähigkeit trägt der ahc - Superabsorber zur Verlängerung der Verbandwechselintervalle bei.

Die perforierte Wundkontaktschicht leitet Flüssigkeit effektiv ab und die Vlies-Rückenschicht bildet eine Schutzbarriere, die ein Austreten von Exsudat verhindert (z.B. Wäscheschutz). Der Verband ist auch unter Druck / Kompression wirksam.

8. LAGERUNG

Schützen Sie die Verbände vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit / Luftfeuchtigkeit, und lagern Sie die Verbände bei Raumtemperatur.

ACHTUNG: Nicht verwenden bei Beschädigung der Verpackung oder des Peel-Beutels. Die Produkte nur bis zu den auf der Verpackung angegebenen Haltbarkeitsdaten verwenden.

9. ENTSORGUNG

Die superabsorbierenden Verbände sollten gemäß den Empfehlungen des medizinischen Fachpersonals entsorgt werden.

9. SYMBOLE FÜR DIE ETIKETTIERUNG

WARNHINWEISE	
	Nicht verwenden, wenn die Packung beschädigt ist.
	Medizinprodukt
	Vorsicht
	Steriles Barriersystem
STERILISATION	
	
LAGERUNG	
	

10. PACKUNGSGRÖSSEN / EINHEITEN

- 10cm x 10cm a` 10 Stück
- 10cm x 10cm a` 60 Stück
- 10cm x 20cm a` 10 Stück
- 10cm x 20cm a` 60 Stück
- 20cm x 20cm a` 10 Stück
- 20cm x 20cm a` 30 Stück
- 20cm x 30cm a` 10 Stück
- 20cm x 30cm a` 30 Stück



Vertrieb durch:
AKANNI Healthcare GmbH
Krassolzheimer Straße 47, 97346 Iphofen
Telefon: +49 9326 9789850
www.akanni.de



Avery Dennison Medical Ltd.
IDA Business Park, Ballymore Road
Longford N39 DX73, Ireland
LFD-PKG-000315-A



11. MELDUNG / REKLAMATION

Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt, ist dem Hersteller / Vertriebsunternehmen des Mitgliedstaates zu melden, in dem der Benutzer / Patient ansässig ist.

Kontaktieren Sie: info@akanni.de oder +49 9326-9789850

	PREPRESS NOTES		Comments: Artwork ref: LFD-PKG-000315-A
	<input type="checkbox"/> OK to Proceed <input type="checkbox"/> Make Corrections and Proceed <input type="checkbox"/> Make Corrections and Submit Another Proof Signed: _____ Date: _____	Job Name: 138086 PDF Page: 2 of 2 Trim Size(mm): 297 x 210 mm fold to 148.5 x 105 mm Inks: Black	